LIFEPAK® 1000 DEFIBRILATORS
Akumulatora izņemšanas un ielikšanas KONTROLSARAKSTS

Ierīces sērijas numurs _____
Nodaļa/Atrašanās vieta _____

Ja vai nu pārbaudes veikšanas vai pacienta ārstēšanas laikā Jūsu ierīce negaidīti izslēdzas, lai atjaunotu strāvas padevi uz ierīci, nekavējoties izņemiet un ielieciet atpakaļ esošo akumulatoru. Ja strāvas padeve netiek atjaunota, nomainiet akumulatoru ar rezerves akumulatoru un nekavējoties zvaniet savam vietējam Physio-Control izplatītājam, lai organizētu Jūsu ierīces apkopi.

Norādījums		
Izņemiet akumulatoru un ielieciet to atpakaļ reizi nedēļā. Akumulatora izņemšana un ielikšana atpakaļ notīrīs oksidējumu no kontaktiem un samazinās oksidējuma parādīšanās iespēju.		
Akumulators izņemts un ielikts atpakaļ	**Datums**	**Iniciāļi**
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		